

## Oikaisuvaatimus hankintapäätökseen /Hallintojohtaja 24.4.2024 § 4

KH 20.05.2024 § 155  
630/02.05.02/2023

Suomen Ensiapukoulutus Oy on jättänyt 6.5.2024 hallintojohtajan tekemään hankintapäätökseen **liitteen 3** mukaisen hankintaoikaisuvaatimuksen.

Kemijärven kaupunki hankintayksikkönä on pyytänyt kylätaloille sijoitettavien sydäniskureiden eli defibrillaattoreiden tarjouksia sähköpostitse neljältä eri toimittajalta. Määräaikaan mennessä saaduista tarjouksista on tehty tarjousvertailu, joka on **liitteenä 4**.

Suomen Ensiapukoulutus Oy:n jättämä tarjous sisälsi puutteellisia tietoja hankittavasta kohteesta, joten yhtiöltä on pyydetty ja saatu lisäselvitykset tarjouksen sisältöön mm. käyttö- ja huoltokustannuksiin liittyen. Oheisliitteenä ao. sähköpostikirjeenvaihto.

Hankinnan kriteerit on laadittu siten, että mahdollisimman moni laitetoimittaja pystyy tarjouksen tekemään hankintalain mukaan: *"Hankinnat on pyrittävä järjestämään siten, että pienet ja keskiuuret yritykset ja muut yhteisöt pääsevät tasapuolisesti muiden tarjoajien kanssa osallistumaan tarjouskilpailuihin. Tässä laissa tarkoitetut kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa on pyrittävä huomioimaan hankinnan kokoon ja laajuuteen nähden riittävä avoimuus ja syrjimättömyys."*

Hankinnan kriteereinä olivat seuraavat edellytykset:

- Helppokäyttöisyys
- suomenkieliset käyttöohjeet
- mahdollisimman huoltovapaa
- automaattinen viantarkistus, laitteen itsetestaus
- paristo- ja akkukäyttöinen
- ulkosäilytyskaapit pakkasen kestävät

Saatujen tarjousten tuotteiden tekninen vertailu osoitti, että Sydänturvan tarjoama sydäniskuri ZOLL AED 3 on sekä teknisiltä ominaisuuksiltaan että käyttäjän näkökulmasta monipuolisin. Ao. sydäniskuri ohjaa käyttäjää puheen lisäksi värillisen näytön avulla, mikä auttaa hätätilanteessa toimivia maallikoita toimimaan oikein ja tuo käyttäjälleen varmuutta toimia ohjeiden mukaisesti hätätilanteessa. Lapin alueella ensivaste voi tulla pitkien välimatkojen takaa ja siksi tässä sydäniskurimallissa oleva elektrodien yhteensopivuus ensihoidon laitteen kanssa merkittävä etu, kun kyse on aikakriittisestä toiminnasta. Lisäksi laite tuottaa reaaliaikaista elvytyspalautetta, joka antaa käyttäjälle palautetta ja opastaa tekemään oikein. Näitä edellä mainittuja teknistä ominaisuuksia ei muissa malleissa ollut.

Hankintapäätöksessä on perusteltu laajasti hankintaa. Hankintapäätös on **liitteenä 5**.

Valmistelija	Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236
Esittelijä	Vt. kaupunginjohtaja Sääreä Marjo Kemijärvi
<b>Päätösehdotus</b>	Kaupunginhallitus päättää hylätä hankintaoikaisuvaatimuksen kaikilta osin perusteettomana.

**Päätös**

Paula Alatalo esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Esitys kannattamattomana raukesi.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Suomen Ensiapukoulutus Oy